


















## Legenda de los símbolos en las etiquetas de los productos Sweden & Martina

		envases implantés	envases instrumental quirúrgico	envases de las prótesis
	¡Cuidado! Ver las Instrucciones de uso	✓	✓	✓
	Número de lote	✓	✓	✓
	Código	✓	✓	✓
	Fabricante	✓	✓	✓
	País de fabricación	✓	✓	✓
	Código UDI, identificación única de producto	✓	✓	✓
	Dispositivo médico	✓	✓	✓
	Ver las Instrucciones de uso <a href="http://www.sweden-martina.com">www.sweden-martina.com</a>	✓	✓	✓
	Marcado de conformidad CE <i>Si es aplicable: el número de identificación de la entidad notificada debe seguir este símbolo</i>	✓	✓	✓
	La ley federal estadounidense limita la venta por parte o bajo pedido de un profesional.	✓	✓	✓
	No se puede volver a esterilizar	✓		
	No volver a usar, producto desechable	✓		✓
	No se debe utilizar, si el envase está dañado	✓	✓	✓
	Producto no estéril		✓	✓
	Esterilizado con radiaciones ionizantes	✓		
	Sistema de barrera estéril individual con envase protector en el interior	✓		
	Fecha de caducidad más allá de la cual no se puede usar el producto	✓		