
Abutment SC


per impianti CSR




sweden & martina


Abutment SC per impianti CSR

Progettato per realizzare corone singole, preservando i tessuti molli e semplificando la riabilitazione protesica



Connessione esagonale per il posizionamento della corona






Superficie UTM

La superficie UTM è caratterizzata da una **microspira regolare** che orienta il movimento dei fibroblasti, favorendo l'accelerazione del processo di guarigione e il mantenimento nel tempo di tessuti molli peri-implantari stabili e sani.




Vite M2.0

La **vite protesica da 2.00 mm** offre una resistenza meccanica superiore, **progettata per affrontare anche i carichi più elevati** senza compromessi.



L'accoppiamento conometrico e l'assenza di una vite passante garantiscono un **sigillo sicuro e affidabile** contro l'infiltrato batterico.







Un'**unica piattaforma protesica per entrambe le connessioni implantari** per un approccio semplificato.

L'abtument viene **fornito insieme al trasportatore**.









Abutment SC

h mm	Connessione DAT-N		Connessione DAT	
2.00 mm		**VSR-PLS-N-2-ROT**		**VSR-PLS-2-ROT**
3.00 mm		**VSR-PLS-N-3-ROT**		**VSR-PLS-3-ROT**
4.00 mm		**VSR-PLS-N-4-ROT**		**VSR-PLS-4-ROT**



Per il serraggio degli abutment utilizzare l'Easy Insert con anello azzurro, compreso nel kit CSR.
Il torque raccomandato per il serraggio è di 25-30 Ncm.

Componenti per sovrastrutture su abutment SC

dritta		**PLS- CG**
L - lunga, dritta		**PLS- CG-L**
L - lunga, divergente		**PLS-CGR-L**
transfer pick-up, emergenza dritta		**PLS-TRA***
cannula in titanio, indicizzata		**PLS-CT****
pilastro dritto		**PLS-MD-8****

**Transfer pick-up: vite PLS-VTRA-200 inclusa.*
*** Cannula in titanio e pilastro dritto: vite PLS-VM-200 inclusa.*

Componenti SC per protesi digitale

analogo digitale per abutment SC		**PLS-ANA-DIG***
scanbody digitale in titanio per abutment SC		**PLS-INT-CAMTRA-L****

**Analogo digitale: vite VADIG-180 inclusa.*
***Scanbody per abutment SC: vite PLS-VM-200 inclusa.*

Vite per foro angolato

vite foro angolato		**E-VMA-200***

***Nota bene:** la vite per foro angolato va serrata tramite i cacciaviti dedicati DSPDCLH-24 e DSPDFCLH-32.*

**Vite per foro angolato: da utilizzare in combinazione con soluzioni custom-made. Le librerie per EXOCAD e 3Shape sono scaricabili dal sito Digital Atelier.*

Viti di ricambio standard

vite protesica		**PLS-VM-200** **PLS-VM-200-10***
vite per transfer		**PLS-VTRA-200**

**La vite protesica è disponibile anche nella confezione da 10 pz.*

D-B1-CSR-SC

rev. 07-26v.01

Sweden & Martina S.p.A.
Via Veneto, 10
35020 Due Carrare (PD), Italy
Tel. +39.049.9124300
info@sweden-martina.com

www.sweden-martina.com

Sweden & Martina Ltd - United Kingdom
info.uk@sweden-martina.com
Sweden & Martina Inc. - Distributor for U.S.
info.us@sweden-martina.com
Sweden & Martina France Sarl - France
info.fr@sweden-martina.com

Sweden & Martina Mediterranea S.L. - España
info.es@sweden-martina.com
Sweden & Martina Lda - Portugal
info.pt@sweden-martina.com
Sweden Martina Romania srl - România
info.ro@sweden-martina.com

Gli impianti, le componenti protesiche e gli strumenti chirurgici presenti nella pubblicazione sono Dispositivi Medici e sono fabbricati da Sweden & Martina S.p.A.
Gli articoli presenti sono conformi alle norme ISO 9001 e ISO 13485 e sono registrati con marchio CE in accordo con il Regolamento (UE) Dispositivi Medici n.2017/745.
Lo stabilimento Sweden & Martina produce Dispositivi Medici in accordo alle cGMP vigenti in USA e in altri paesi del mondo.

Alcuni prodotti potrebbero non essere disponibili in tutti i mercati.
Tutti i marchi presenti nella pubblicazione sono proprietà di Sweden & Martina, con eccezione dei prodotti per i quali è diversamente indicato.
Questi prodotti sono destinati agli studi medici e ai laboratori, la loro vendita non è rivolta al paziente.
È vietato rivendere, duplicare o divulgare i prodotti contenuti nella presente pubblicazione senza il consenso scritto di Sweden & Martina S.p.A.
Per ulteriori informazioni sui prodotti, incluse indicazioni, controindicazioni, avvertenze, precauzioni e potenziali effetti collaterali, si faccia riferimento al sito web di Sweden & Martina S.p.A.
I contenuti sono aggiornati al momento della pubblicazione. Contattare l'azienda Sweden & Martina per gli aggiornamenti successivi.